

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李莹	
	职称：副主任医师	
	工作单位：华中科技大学同济医学院附属梨园医院	
项目信息	项目名称：CT球管采购项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) CT球管为易损品，球管曝光次数超过常用曝光次数后就有损坏可能，一旦损坏后，CT将无法工作。球管是CT机最关键的部件，要达到此部件的电气性能相匹配、结构尺寸相吻合，必须购买与现有机器相同规格型号的原装球管，为保证球管质量及售后服务，从CT生产商进行购买是最好选择。	
专业人员签字	李莹	日期2025年7月5日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员分别手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 柳明	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 湖北工业大学校医院	
项目信息	项目名称: CT球管采购项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 为达到CT机球管的匹配, 结构尺寸相吻合, 建议购买与现有机器相同规格型号的原装球管, 以保证球管质量及售后服务。	
专业人员签字	柳明	日期 2025 年 9 月 8 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员分别手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯飞帆	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 湖北工业学院	
项目信息	项目名称: CT球管采购项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 国产联影CT(UC1528型),考虑与供球管适配性特点,避免安装使用出现差异性不适宜,建议单一采购国产联影CT主供球管。	
专业人员签字	冯飞帆	日期 2025年 9月 8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员分别手工填写。

