

评审专家抽取表

项目名称： 检验科全自动微生物鉴定及药敏分析系统装置更换数头

项目编号： SFCX-2026-SHA017

评审地点： 沙市区北湖路智谷创业园内2号楼六楼三方诚信招标有限公司

序号	专家姓名	类别	工作单位	联系方式	专家签字
1	马青	技术类	荆州市第一人民医院	18972161220	马青
2	李俊	技术类	荆州市疾病预防控制中心	18972158200	李俊
3	和战	技术类	长江大学	13986707964	和战

抽取单位： 三方诚信招标有限公司

抽取人： 吴克亮

抽取时间： 2026年10月30日

项目名称： 检验科全自动微生物鉴定及药敏分析系统装置更换读数头

项目编号： SFCX-2026-SHA017

论证工作人员签到表

一、论证成员签到表

序号	姓 名	职 称 (职务)	联 系 电 话	签 到 时 间	备 注
1	孙文	孙文	1386207864	2026.10.30.16:30 PM	
2	李发	副教授	18972158200	2026.10.30.16:30	
3	马青	高收	18972161220	2026.10.30.16:30	

评审专家承诺书（单一来源论证）

本人作为评委，在参加检验科全自动微生物鉴定及药敏分析系统装置更换读数头的单一来源论证工作中，将遵循《政府采购法》、财政部《政府采购非招标采购管理办法》、财政部《政府采购评审专家管理办法》，认真执行政府采购制度、严格履行评委职责，本着公平、公正及诚实、信用的原则，在评审过程中不受任何干扰，独立提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

评审专家签名：

李波 张战 张

2026 年 10 月 30 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：和战	
	职称：孙高	
	工作单位：长江大学	
项目信息	项目名称：检验科全自动微生物鉴定及药敏分析系统装置更换读数头	
	供应商名称：湖南葳盛生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>根据采购方申请由该类产品为本机书后原厂核心部件，属于设备备件，第三方的配件无法和设备的电路、底层软件匹配，为保障设备正常运转，设备台规定行由该产品三配由湖南葳盛生物科技有限公司供应，本人为符合《中华人民共和国政府采购法》第31条规定之“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，且需从原供应商处采购”的要求，且需从原供应商处采购，特此论证。</p>	
专业人员签字	和战	日期：2026年10月30日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：马青	
	职称： 讲师	
	工作单位：荆州市第一人民医院	
项目信息	项目名称：检验科全自动微生物鉴定及药敏分析系统装置更换读数头	
	供应商名称：湖南葳盛生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>现使用的梅里埃全自动微生物鉴定与药敏分析仪 VITEK2 compact, 该设备核心部件读数头故障, 无法正常完成菌种读取、鉴定与药敏检测, 需更换原读数头并进行整机校准调试。该设备属于精密设备, 读数头属于设备专用配件, 会组成, 带有原厂识别, 经各校准设备。第三方配件无法和该设备光路、底层软件匹配, 非原厂配件安装后不能正常工作, 检测结果无法溯源, 不符合临床检验要求, 还可能造成整机等部件损坏。为保证检验结果准确, 设备会长期运行, 避免医疗事故风险, 只能从原厂授权供应商采购原厂读数头并安装调试。综上, 该设备符合《中华人民共和国政府采购法》中只能从唯一供应商采购。</p>	
专业人员签字	马青	日期：2026 年 10 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李俊	
	职称： 主治医师	
	工作单位：荆州市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称：检验科全自动微生物鉴定及药敏分析系统装置更换读数头	
	供应商名称：湖南葳盛生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院 VITEK 2 Compact 读数头为本机专属原厂核心部件，带有原厂专有识别光路校准程序，非原厂配件无法匹配。该读数头仅有原厂及授权经销商可供应，具有唯一性。湖南葳盛生物科技有限公司为原厂授权代理公司，符合政府采购办法相关规定。符合单一来源采购。</p>	
专业人员签字		日期：2026 年 10 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。